

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง
จัดซื้อชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ทางพยาบาล 29 ระบบ จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

1. ความเป็นมา

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภท
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับจัดซื้อชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ทางพยาบาล จำนวน
29 ระบบ วงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจัดซื้อชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ทางพยาบาล จำนวน 29 ระบบ
- 2.2 เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาล

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตาม
สัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน



/กรณีที่...



กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุก
รายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วม
ค้า

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 2 ปี ต้องมี
มูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล
ธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือ
ในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และ
หากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า
ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอ
ในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่
สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

4. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ระบบบันทึกภาพและการบันทึก
2. ระบบเสียง
3. ระบบจำลองกายภาพการพยาบาล
4. คุณลักษณะทางเทคนิค

ระบบจำลองสถานการณ์ทางการพยาบาล ประกอบด้วย

4.1 ระบบภาพบันทึกภาพและเสียง ประกอบด้วย

4.1.1 เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง สามารถบันทึกและบีบอัดภาพ
ในรูปแบบ Video File หน่วยความจำมีความจุไม่น้อยกว่า 4 TB

4.1.2 รองรับกล้องได้อย่างน้อย 3 ตัวและรับสัญญาณภาพจากจอ Virtual Bedside Monitor

4.1.3 จอภาพสำหรับแสดงภาพจากเครื่องบันทึกฯ ภายในห้องควบคุม ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า
24 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จอ พร้อมเมาส์ไร้สาย
สำหรับควบคุมการทำงาน

/4.1.4 จอแสดงผล...

- 4.1.4 จอแสดงภาพจากเครื่องบันทึกฯ สามารถแสดงภาพเป็นช่อง 4 ช่อง โดยแสดงภาพ ดังนี้
 - 4.1.4.1 จำนวน 3 ช่อง สำหรับแสดงภาพจากกล้องโดมแบบติดตั้งบนฝ้า
 - 4.1.4.2 จำนวน 1 ช่อง สำหรับแสดงสัญญาณภาพจากจอ Virtual Bedside Monitor
 - 4.1.4.3 จอแสดงภาพสำหรับแสดงภาพจากเครื่องบันทึก ภายในห้องสังเกตการณ์ ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง พร้อมขาแขวนแบบมีล้อลากหรือแบบแขวนติดผนัง
- 2.1.5 กล้องโดมแบบติดตั้งบนฝ้าชนิดเครือข่าย ประกอบด้วย
 - 2.1.5.1 กล้องแบบ Mini speed Dome ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 Megapixel จำนวนไม่น้อยกว่า 1 กล้อง เป็นกล้องแบบ PTZ สามารถหมุนได้ไม่ต่ำกว่า 180 องศา
 - 2.1.5.2 กำลังขยายทำได้ไม่น้อยกว่า 4X Optical Zoom หรือดีกว่า
 - 2.1.5.3 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920x1080 pixels
 - 2.1.5.4 ส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - 2.1.5.5 มีระบบ Auto Focus
- 2.1.6 กล้องแบบ Dome IR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 Megapixel จำนวนไม่น้อยกว่า 2 กล้อง
- 2.1.7 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920x1080 pixels
- 4.2 ระบบเสียง ประกอบด้วย
 - 4.2.1 เครื่องผสมเสียง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่มี Input ไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณสามารถต่อไมโครโฟนได้สูงสุด 4 ช่องรองรับไฟฟ้ากระแสสลับ 220V
 - 4.2.2 เครื่องขยายเสียง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง
 - 4.2.2.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 60W
 - 4.2.2.2 สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และ Aux ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - 4.2.3 ไมโครโฟนแบบก้าน ติดตั้งอยู่บนโต๊ะของห้องควบคุมสถานการณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว
 - 4.2.4 ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดเสื้อ สำหรับใช้ภายในห้องหุ่นจำลองฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 4.2.4.1 เป็นไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ 2.4 GHz สามารถหนีบติดที่เสื้อได้
 - 4.2.4.2 มีตัวรับสัญญาณ (RX) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว และมีตัวส่งสัญญาณ (TX) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
 - 4.2.4.3 มีปุ่มสำหรับกด Mute เสียงได้
 - 4.2.4.4 มีกล่องสำหรับเก็บและเป็นเครื่องประจุไฟฟ้าในตัวเดียวกัน
 - 4.2.5 ลำโพงเป็นแบบแขวนติดผนัง จำนวน 5 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 30W
 - 4.2.6 ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 15U จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตู้
 - 4.2.6.1 สำหรับเก็บอุปกรณ์ของระบบภาพและเสียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 15U สูง 85 ซม.
 - 4.2.6.2 ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.1 มม.
 - 4.2.7 เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
 - 4.2.7.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA
 - 4.2.7.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าที่ 220VAC $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 1%

4.3 ระบบจำลองก๊าซทางการแพทย์ ประกอบด้วย

4.3.1 ชุดจำลองการจ่ายออกซิเจน (O2)

4.3.1.1 เครื่องจ่ายลมมีขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตรมีระดับเสียงที่เงียบ มีชุดดักความชื้น

4.3.1.2 เดินระบบด้วยท่อทองแดง ยาวตลอดเส้นไร้ข้อต่อ

4.3.1.3 มีอุปกรณ์สำหรับเปิด-ปิด อยู่ภายในส่วนควบคุมสถานการณ์

4.3.1.4 Outlet สำหรับ Oxygen หน้ากากสีเขียว

4.3.1.5 Oxygen Flow Meter พร้อมขวดให้ความชื้นพร้อม Adapter สำหรับต่อเข้า

Outlet และเป็นตัวปรับระดับการจ่าย Oxygen

4.3.2 ชุดจำลองการดูดเสมหะ (Vacuum) ประกอบด้วย

4.3.2.1 เครื่องดูดลม พร้อมถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

4.3.2.2 มีระบบตัดต่อการทำงานอัตโนมัติ

4.3.2.3 เดินระบบด้วยท่อทองแดง ยาวตลอดเส้นไร้ข้อต่อ

4.3.2.4 Outlet สำหรับ Vacuum

4.3.2.5 ชุด Vacuum Regulator ต่อเข้า Outlet พร้อมขวดโพลีคาบอนเนท และชุดกันล้น

4.4 มีช่องกระจก one way สำหรับมองเข้าไปในห้องจำลองสถานการณ์ พร้อมประตูสำหรับเข้าห้องควบคุมสถานการณ์ 1 ประตูขนาดไม่น้อยกว่า 2.50*1.10 เมตร มีโต๊ะสำหรับทำงาน ทำจากไม้บุด้วยแผ่น Laminate หรือ โฟมก้ำ ลายไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

4.5 ชุดโต๊ะพร้อมช่องกระจก one way เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถมองเข้าไปในห้องจำลองสถานการณ์ได้

4.6 เติงสำหรับทำคลอดและนอนรอคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลัง

4.6.1 เป็นเติงนอนรอคลอด และยังสามารถปรับเป็นเติงคลอดได้ในเติงเดียวกัน ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100-240V 50Hz

4.6.2 ตัวเติงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.

4.6.3 พื้นเติงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนรองรับศีรษะและลำตัว, ส่วนพื้นเติงตอนกลางรองรับเชิงกราน, ส่วนรองรับเท้า

4.6.4 สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับองศาความเอียงด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

4.6.5 ราวกันเติงเป็นแบบปีกนก ผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน สามารถปรับขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

4.6.6 มีสเกลบอกมุมมองศา ผังในตัวราวกันชนิดปีกนก

4.6.7 หัวท้ายเติง ทำจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน สามารถถอดออกได้ เพื่อปรับเป็นได้ทั้งเติงรอคลอดและเติงทำคลอด

4.6.8 วัสดุขาหยั่ง Support ทำจาก Polyurethane ขึ้นรูป ทนทาน ทำความสะอาดออกได้ง่าย

4.6.9 มีชุด Handle สำหรับจับยึดเพื่อช่วยในการเบ่งคลอด สามารถปรับเลื่อนระดับได้

4.6.10 มีแบตเตอรี่สำรอง สามารถใช้งานได้แม้กรณีไฟดับ

4.6.11 เบาะ 3 ตอน หุ้มด้วยหนังเทียม

/4.7 อุปกรณ์...

4.7 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

- 4.7.1 รถเข็น 2 ชั้น ไม่มีขอบ ผลิตจากสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- 2.7.1.1 เป็นรถเข็นวางเครื่องมือแบบ 2 ชั้น หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ
- 2.7.1.2 โครงสร้างทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
- 2.7.1.3 ใส่ลูกล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ล้อแบบมีเบรก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้อ และล้อแบบไม่มีเบรก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้อ
- 2.7.1.4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 80*90*80 เซนติเมตร
- 4.7.2 รถเข็น 2 ชั้น มีขอบ ผลิตจากสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- 2.7.2.1 มีขอบสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
- 2.7.2.2 โครงสร้างทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
- 2.7.2.3 ใส่ลูกล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ล้อแบบมีเบรก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้อ และล้อแบบไม่มีเบรก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้อ
- 2.7.2.4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 45*73.5*80 เซนติเมตร
- 4.7.3 โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 4 ชั้น ผลิตจากสแตนเลสจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว
- 2.7.3.1 2 ชั้นบน ขนาดไม่น้อยกว่า 30*110 เซนติเมตร
- 2.7.3.2 2 ชั้นล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 45*110 เซนติเมตร
- 2.7.3.3 ความสูงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
- 2.7.3.4 โครงสร้างทำด้วยท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
- 2.7.3.5 ใส่ลูกล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- 4.7.4 คริปเด็กอ่อน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- 2.7.4.1 ตัวคริปเป็นพลาสติกใส
- 2.7.4.2 มีที่นอนหุ้มด้วยหนังเทียมหนาไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร
- 2.7.4.3 โครงสร้างทำด้วยท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
- 2.7.4.4 ใส่ลูกล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- 4.7.5 เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่ำได้ ผลิตจากสแตนเลสจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว
- 2.7.5.1 แป้นนั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
- 2.7.5.2 สามารถปรับสูง-ต่ำได้
- 2.7.5.3 ทำด้วยท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 เซนติเมตร
- 4.7.6 ถังขยะเท้าเหยียบ มีล้อ ผลิตจากสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ
- 2.7.6.1 เป็นถังขยะสแตนเลส แบบมีฝาปิด ทำการเปิดได้ด้วยเท้าเหยียบ
- 2.7.6.2 ใส่ลูกล้อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไม่มีเบรก

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6. ระยะเวลาส่งมอบของ

ภายใน 120 วันลงนามสัญญา


/7. วงเงิน...



7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

8. การจ่ายเงิน


เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080-6 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6554
E-mail eprocurement@kpru.ac.th.

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดวันวิจารณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(อาจารย์ดร.สุภาพร ประมัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ตุลนาถ ทวนธง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ราตรี เทียงจิตต์)